SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
TTYT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 619/QĐ-TTYT

Na Son, ngày 11 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt lựa chọn nhà cung ứng nội dung sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng máy xét nghiệm sinh hóa, máy phân tích nước tiểu

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2026 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chỉnh phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/05/2025 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học kỹ thuật số 1105/BB-HĐKHKT ngày 03 tháng 11 năm 2026 về việc thống nhất lựa chọn giá và cấu hình chi tiết để sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng máy xét ngiệm sinh hóa và máy phân tích nước tiểu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt lựa chọn nhà cung ứng nội dung sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng máy xét nghiệm sinh hóa, máy phân tích nước tiểu, với các nội dung như sau:

1. Thông tin:

- Nội dung: sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng máy xét nghiệm sinh hóa, máy phân tích nước tiểu;

- Giá: **14.500.000 VNĐ đồng** *(Bằng chữ: Mười bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).*

- Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Điện Biên Đông;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo khoản 4, Điều 6 Nghị định 349/2026/NĐ-CP, ngày 09 tháng 9 năm 2026;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Thông tin về nhà cung ứng: Thông tin về cung ứng (phụ lục I)

3. Thông tin về hàng hóa, thiết bị sửa chữa: Thông tin về hàng hóa, thiết bị sửa chữa (phụ lục II).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Khoa Dược - TTB - VTYT, Phòng Tổ chức - Hành chính Kế toán, khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, các khoa phòng liên quan và nhà cung ứng Công ty TNHH Công Nghệ Y Tế & Giáo Dục PQB, căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng Khoa Dược - TTB - VTYT, Trưởng/ phó Phòng Tổ chức – Hành chính Kế toán, khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, các khoa phòng liên quan thuộc Trung tâm Y tế Điện Biên Đông và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo TTYT;
- Nhà cung ứng;
- Website TTYT;
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRUNG TÂM Y TẾ ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Đàm Thanh Tú

Phụ lục I

DANH MỤC NHÀ CUNG ỨNG

sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng máy xét nghiệm sinh hóa, máy phân tích nước tiểu

(Kèm Quyết định số /QĐ- TTYT ngày 11 tháng 11 năm 2026 của Trung Tâm Y tế Điện Biên Đông)

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Giá trúng thầu	Nguồn vốn	Thời gian thực hiện	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Công ty TNHH Công Nghệ Y Tế & Giáo Dục PQB	0106901068	14.500.000	Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác.	30 ngày	30 ngày kể từ ngày ký

Phụ lục II

DANH MỤC THÔNG TIN HÀNG HÓA, THIẾT BỊ SỬA CHỮA

sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng máy xét nghiệm sinh hóa, máy phân tích nước tiểu

(Kèm Quyết định số /QĐ- TTYT ngày 11 tháng 11 năm 2026 của Trung Tâm Y tế Điện Biên Đông)

STT	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thay thế bóng đèn máy xét nghiệm sinh hóa AU 480	Vệ sinh, thay thế bóng đèn máy xét nghiệm sinh hóa	01	Bóng	**5.500.000**	**5.500.000**
2	Sửa chữa dây Detergent máy xét nghiệm sinh hóa AU 480	Vệ sinh, sửa chữa dây Detergent máy xét nghiệm sinh hóa	01	Bộ	**1.500.000**	**1.500.000**
3	Sửa chữa, thay thế cảm biến phao bơm nước rửa máy xét nghiệm sinh hóa AU 480	Vệ sinh, sửa chữa, thay thế cảm biến phao bơm nước rửa máy xét nghiệm sinh hóa	01	Bộ	**7.000.000**	**7.000.000**
Bảo trì, bảo dưỡng						
4	Bảo dưỡng bàn phím máy phân tích nước tiểu Combostik R300	Vệ sinh, bảo dưỡng bàn phím máy phân tích nước tiểu	01	Bộ	**500.000**	**500.000**
Tổng cộng ***Số tiền bằng chữ: Mười bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.***						**14.500.000**